

Gogolin, 07.07.2020r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy zapytania ofertowego 370/GOZ/2020

na dostawę fabrycznie nowego –

urządzenia do krioterapii

Zakup realizowany w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

1. Czy dopuszczą Państwo urządzenie do krioterapii miejscowej bez pomiaru temperatury powierzchni skóry pacjenta podczas zabiegów?

*Nie dopuszczamy urządzenia do krioterapii bez pomiaru temperatury powierzchni skóry pacjenta.*

2. Czy dopuszczą Państwo zbiornik na ciekły azot YDS 50 o pojemności 50 litrów?

*Dopuszczamy zbiornika o pojemności 50 litrów.*