

Gogolin, 24.03.2021r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy zapytania ofertowego 189/GOZ/2021

na dostawę fabrycznie nowego –

aparatu do laseroterapii

Zakup realizowany w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

1. Czy aparat ma posiadać 2 niezależne kanały czy 1. Przy 2 kanałach niezależnych jest możliwość wykonywania 2 zabiegów jednocześnie na różnych parametrach.

Wymagane jest posiadanie jednego niezależnego kanału, jednakże dopuszczamy w ofercie aparat z większą ilością kanałów niezależnych.

2. Czy sondy mają być z uchwytyami?

Tak, uchwyty do sond są wymagane.